

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Количество
1.1.	Рентгеновская трубка Apollon (LFOV X-ray tube Apollon) или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с аппаратом рентгеновским маммографическим цифровым Senographe Essential

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 2**1. Состав (комплектация) медицинских изделий.**

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Рентгеновская трубка Performix HD	1
1.2.	Рентгеновская трубка Performix 160A	2
1.3.	Рентгеновский излучатель Performix 40	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с компьютерным томографом Discovery CT750 HD для Performix HD

2.2. Полная совместимость с аппаратом ангиографическим Innova 3131IQ, 3100IQ, IGS 540 для Performix 160A

2.3. Полная совместимость с компьютерным томографом Optima CT660 для Performix 40

2.4. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

– сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;

– наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты отгрузки, в зависимости от того, что наступит ранее