


«Утверждаю»
Главный врач УЗ «Слуцкая ЦРБ»
А. П. Сокол
«» 2026 г.

Задание на закупку: Реагенты для биохимических и иммунологических исследований

Лот № 1 Реагенты и расходные материалы для экспресс - анализатора Nano Cheker 710 N производства Nano- DiTech Corporation (США)

Код по ОК РБ 007-2012: 20.59.52.100

Предельная стоимость 58 701,50 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий:

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
1.1.	Экспресс-тесты для определения тропонина (количественный анализ)	шт.	200
1.2.	Экспресс-тесты для определения д-димеров (количественный анализ)	шт.	3 000
1.3.	Экспресс-тесты для определения BNP белка (количественный анализ)	шт.	100
Итого:		шт.	3 300

2. Технические требования

2.1. *Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием (экспресс - анализатором Nano Cheker 710 N производства Nano- DiTech Corporation (США) и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.

2.2. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.3. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника)

2.4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.5. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.6. Товар поставляется транспортом Поставщик согласно заявке Заказчика в течение 60 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Лот № 2 Иммунохроматографические экспресс-тесты

Код по ОК РБ: 20.59.52.100

Предельная стоимость 7 948,05 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий:

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения.	Количество
1.1.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения ротавирусав образцах кала	шт.	150
1.2.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения энтеровируса в образцах кала	шт.	100
1.3.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения норовируса в образцах кала	шт.	100
1.4.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения ВИЧ в образцах слюны	шт.	20
Итого:		шт.	370

2. Технические требования:

2.1. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.4. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.5. Товар поставляется транспортом Поставщик согласно заявке Заказчика в течение 30 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

Лот № 4 Реагенты и расходные материалы для анализатора газов крови STAT PROFILE рНОх производства Nova Biomedical, США)

Код по ОК РБ 007-2012: 20.59.52.100

Предельная стоимость 51 815,50 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
1.1.	рН сенсор 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	1

1.2.	pCO ₂ сенсор 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	1
1.3.	SO ₂ сенсор 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	1
1.4.	Пак реагентов В 1 шт. в упаковке (или аналог)	упак.	15
1.5.	Набор мембран для pCO ₂ сенсора	упак.	1
1.6.	Калибратор гемоглобина и SO ₂	упак.	1
Итого:		упак.	20

2.Технические требования:

2.1. *Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должен быть аттестован для работы на анализаторе газов крови STAT PROFILE pH_{OX} производства Nova Biomedical (США) (согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014 «Об утверждении Инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»).

2.2. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.3. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.5. Товар поставляется транспортом Поставщик согласно заявке Заказчика в течение 60 рабочих дней (не более) от даты поступления заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Лот № 5 Реагенты для работы на фотометрах производства ЗАО «СОЛАР», РБ

Код по ОК РБ: 20.59.52.100

Предельная стоимость закупки – 1 633,50 бел руб.

1.Состав закупаемых изделий.

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
1.1.	Набор реагентов для определения количества белка в моче с пирогалловым красным (с калибратором и контролем)	л	15
Итого:		л	15

2.Технические требования:

- 2.1. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
- 2.2. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- 2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
- 2.4. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.
- 2.5. Товар поставляется транспортом Поставщика согласно заявке Заказчика в течение 30 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

Лот № 6 Реагенты для проведения иммуногематологических исследований

Код по ОК РБ 007-2012: 21.20.23.200

Предельная стоимость 12 450,67 бел. руб.

1. Состав закупаемых изделий

№ п/п	Предмет государственной закупки (наименование товара)	Единица измерения	Количество
1.1.	Кассеты для скрининга аллоиммунных аниэритроцитарных антител 100 кассет в упаковке (или аналог)	упак.	7
Итого:		упак.	7

2. Технические требования

- 2.1. *Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием (станцией настольной рабочей для инкубации и центрифугирования кассет BioVue (ORTHO Workstation) производства Ortho-Clinical Diagnostisc, Великобритания) и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.
- 2.2. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
- 2.3. Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника)
- 2.4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
- 2.5. При поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара.

2.6. Товар поставляется транспортом Поставщик согласно заявке Заказчика в течение 60 календарных дней (не более) от даты поступления заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Разработано

Врач лабораторной диагностики
(заведующий КДЛ)



В.В. Машко

«Согласовано»

Заместитель главного врача
(по детству и родовспоможению)



Л. А. Жук