

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBBY2X УНП 400052327

06.08.2026 № 4-14/292

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Расходные материалы для рентгенэндоваскулярной хирургии»**, согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискуронт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.08.2026**.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В.Саварина

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Расходные материалы для рентгенэндоваскулярной хирургии

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество (шт)
Лот № 1 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом цитотоксического действия	1.1.2,0-20 мм	5
	1.2.2,0-30 мм	5
	1.3.2,0-40 мм	5
	1.4.2,5-20 мм	5
	1.5.2,5-30 мм	5
	1.6.2,5-40 мм	5
	1.7.3,0-20 мм	5
	1.8.3,0-30 мм	5
	1.9.3,0-40 мм	5
	1.10.3,5-20 мм	5
	1.11.3,5-30 мм	5
Лот № 2 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом антипролиферативного действия	1.1.2,0-20 мм	5
	1.2.2,0-30 мм	5
	1.3.2,5-20 мм	5
	1.4.2,5-30мм	5
	1.5.2,75-20 мм	5
	1.6.2,75-30 мм	5
Лот № 3 Баллонный катетер для коронарной внутрисосудистой литотрипсии	1.1.2,5-12 мм	10
	1.2.2,5-20 мм	5
	1.3.2,75-12 мм	10
	1.4.2,75-20 мм	5
	1.5.3,0-12 мм	5
	1.6.3,0-20 мм	5
	1.7.3,25-12 мм	5
	1.8.3,25-20 мм	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

Лот № 1 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом цитотоксического действия	
2.1	Наличие покрытия лекарственным препаратом цитотоксического действия - паклитакселом
2.2	Система доставки - монорельсовая, совместимая с проводником 0,014"
2.3	Номинальное давление не менее 6 АТМ, давление разрыва не менее 14 АТМ
2.4	Допускается отклонение по длине баллона +/- 2 мм
Лот №2 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом антипролиферативного действия	
2.1.	Наличие покрытия лекарственным препаратом антипролиферативного действия-рапамицином

- 2.2. Система доставки – монорельсовая, совместимая с проводником 0,014”
- 2.3. Номинальное давление не менее 6 АТМ, давление разрыва не менее 14 АТМ
- 2.4. Допускается отклонение по длине баллона +/- 2 мм

Лот 3 Баллонный катетер для коронарной внутрисосудистой литотрипсии

- 1.1. Наличие гидрофильного покрытия с длиной не менее 38 см, рабочая длина катетера не менее 145см
- 1.2. Максимальное количество импульсов не менее 100 с обязательным отображением счетчика импульсов на сенсорном экране
- 1.3. Номинальное давление не менее 6 АТМ, расчетное давление разрыва не менее 16 АТМ
- 1.4. Совместимость с системой для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (Microport, Китай)

Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1 Согласно аукционным документам организатора.