

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технические характеристики (описание)

(при необходимости с разделением на лоты)

ЛОТ №1

№ лота	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт
1.	Измеритель-регистратор температуры электронный с памятью	- может использоваться в медицинских учреждениях для непрерывного измерения температуры в холодильниках, морозильных камерах; с возможностью подключения к свободному интерфейсу USB компьютера	5 шт

2.	Тип зонда	Внутренний температурный сенсор	
3.	Диапазон измерений	-30 - +55С	
4.	точность	+/-0.5 С	Не более
5.	Рабочая температура	-30 - +55С	
6.	Батареи питания	таблеточные батареи	наличие
7.	Измерительный цикл	1 мин-24ч	может быть выбран
8.	п/о	Имеется поддержка операционной системы Windows XP.	наличие
9.	протокол калибровки	Не менее 10 месяцев со дня продажи	наличие
10.	гарантия	Не менее 24мес	наличие

ЛОТ №2

№ лота	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт
1.	Измеритель-регистратор влажности и температуры электронный с памятью	- для контроля климата (измерения температуры и влажности воздуха) в медицинских кабинетах в местах хранения лекарственных средств; с возможностью подключения к свободному интерфейсу USB компьютера	10 шт

2.	Тип зонда	температурный сенсор и внутренний ёмкостной сенсор влажности	
3.	Диапазон измерений	10-95% ОВ (в условиях отсутствия влажности), -40 - +55 С	
4.	Точность измерения	+/-3% ОВ	

	влажности	+1 знак + 0,03% ОВ/к	
5.	Точность измерения температуры	+0.5С	Не более
6.	Рабочая температура	-40 - +55 С	
7.	Батареи питания	таблеточные батареи	наличие
8.	Измерительный цикл	1 мин-24ч	может быть выбран
9.	п/о	Имеется поддержка операционной системы Windows XP	наличие
10.	крепление к стене		наличие
11.	протокол калибровки	Не менее 10 месяцев со дня продажи	наличие
12.	гарантия	Не менее 24мес	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара (работ, услуг), гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантия не менее 24 месяцев.

Протокол калибровки-не менее 10 месяцев со дня продажи.

4. Требования, установленные законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг):

Наличие сертификата или аттестата соответствия.

Приборы должны находиться в Госреестре средств измерений Республики Беларусь как «Средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь».

Разработчик технических требований:

1. Ильина С.Н (главная медсестра)

