

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (Наборы (интродьюсеры) для имплантации катетеров и электродов для временной кардиостимуляции)

Лот №1: Набор (интродьюсер) для имплантации катетеров и электродов для временной кардиостимуляции

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Набор (интродьюсер) для имплантации катетеров и внутрисосудистых электродов в составе: -интродьюсер с гемостатическим клапаном; - игла ангиографическая; - проводник; - дилататор.	наборов	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. интродьюсер со специальным герметическим клапаном, ограничивающем кровопотерю при установке электрода через интродьюсер;
- 2.2. наличие бокового порта в интродьюсере для промывания с трехходовым краником, служащего для введения растворов;
- 2.3. размер интродьюсера 6-7F, длина 110-120 мм;
- 2.4. наличие в наборе обтуратора/дилататора;
- 2.5. проводник – J-изогнутый; проводник помещен в полимерный чехол с выпрямителем, который способствует введению проводника одной рукой;
- 2.6. длина проводника 40-55см;
- 2.7. размер иглы 18-21G;
- 2.8. изделия должны быть стерильные в индивидуальной упаковке.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Срок годности должен составлять не менее 24 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от общего срока годности, указанного изготовителем).