

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для фотообработки и хранения доз плазмы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Система для фотообработки и хранения доз плазмы на аппарате «Macotronic» (Macorhanna, Франция) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска. в состав которого входит: -контейнер для фотообработки плазмы; -мителен синий; -фильтр для удаления метилена синего.	штук	1600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Системы (наборы) предназначены для фотообработки и хранения доз плазмы.

*2.2. Процесс инактивации должен проводиться с нативной или размороженной плазмой только методом с использованием метиленового синего.

2.3. Системы (наборы) должны быть в индивидуальной стерильной упаковке.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

БелМТ №676/26

лот 2

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для лейкоредукции плазмы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Система для лейкоредукции плазмы для последующей фотообработки на аппарате «Macotronic» (Macopharma, Франция) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска. в состав которого входит: -контейнер; -лейкоцитарный фильтр соединенный через тройник с контейнерами; -свободная магистраль, предназначенная для стерильного соединения.	штук	800

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

*2.1. Системы (наборы) предназначены для лейкоредукции плазмы и её разделения для последующей фотообработки.

2.2. Системы (наборы) должны быть в индивидуальной стерильной упаковке.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора