

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения · Видеогастроскопы EG500

1. Состав двух комплектов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Видеогастроскопы к видеозндоскопической системе HD 500 производства SonoScape Medical	2 шт.
2.	Тест герметичности к видеогастроскопам	2 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

3. Технические требования:

3.1 Инструментальный канал не менее 2,8 мм

3.2 Возможность изгиба вводимой трубки в 4 направлениях (вверх не менее 210°, вниз не менее 90°, вправо не менее 100°, влево не менее 100°)

3.3 Поле зрения не менее 140°

3.4 Дополнительный канал для подачи воды

3.5 Рабочая длина не менее 1040 мм

3.6 Направление обзора прямой

3.7 Глубина резкости 3-100 мм

3.8 Диаметр дистального конца не более 9,4 мм

3.9 Совместим с видеозндоскопической системой (стойкой) HD 500 производства SonoScape Medical 2023 года выпуска*

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

4.1. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2. Наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.