


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический
медицинский центр»

Управления делами Президента
Республики Беларусь

 И.С. Абельская

«29» июля 2026 г.

Техническое задание


на закупку: Услуги в области метрологии

Лот № 1	
Наименование товаров (работ, услуг)	Калибровка медицинских анализаторов
Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	71.12.19.200
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Услуги в области метрологии
Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021)	3 шт.
Срок оказания услуг:	в течение 2026 года
Описание предмета закупки:	Калибровка медицинского оборудования согласно перечню (Приложение № 1).
Требования, предъявляемые к предмету закупки:	1. Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995г. № 3848-ХП (в редакции от 11.11.2019 № 254-3), Постановления Госстандарта от 23.04.2021 г. № 42 «Об утверждении правил осуществления метрологической оценки в виде работ по калибровке средств измерений». 2. Услуги должны выполняться на территории Заказчика. 3. Расчет стоимости по лоту должен включать в себя стоимость работ, командировочные расходы (1 выезд), затраты по доставке оборудования автотранспортом Исполнителя и иные, необходимые для выполнения работ, затраты.

Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:	Исполнитель должен гарантировать качество оказываемых услуг в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.
Предназначение предмета закупки или область применения:	Учреждения здравоохранения
Иные сведения:	1. Наличие аттестата аккредитации. 2. Наличие свидетельства об уполномочивании на проведение калибровки средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии.
Лот № 2	
Наименование товаров (работ, услуг)	Поверка секундомеров
Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	71.12.19.200
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Услуги в области метрологии
Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021)	5 шт.
Срок оказания услуг	в течение 2026 года
Описание предмета закупки:	Государственная поверка секундомеров согласно перечню (Приложение № 1).
Требования, предъявляемые к предмету закупки:	1. Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995г. № 3848-XII (в редакции от 11.11.2019 № 254-3) и Постановления Госстандарта от 21.04.2021 г. № 40 «Об осуществлении метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений». 2. Услуги должны выполняться на территории Исполнителя. Доставка средств измерений Исполнителю Заказчиком осуществляется только на территории г. Минска. 3. Расчет стоимости по лоту должен включать в себя стоимость услуг, командировочные расходы, затраты по доставке оборудования

	автотранспортом Исполнителя и иные, необходимые для выполнения услуг, затраты.
Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:	Исполнитель должен гарантировать качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Предназначение предмета закупки или область применения:	Учреждения здравоохранения
Иные сведения:	1. Наличие аттестата аккредитации. 2. Наличие свидетельства об уполномочивании на осуществление государственной поверки средств измерений

Составители:

Инженер по метрологии  Рунец Е.С.

Лот № 1: Калибровка медицинских анализаторов

№ п/п	Наименование и тип оборудования	Кол-во
1	Анализатор гематологический автоматический Sysmex XP-300 № B0319 (*)	1
2	Анализатор гематологический автоматический Sysmex XN-1000 № 32044 (**)	1
3	Анализатор биохимический AU480 № 2017081391 (***)	1
	Итого:	3

(*) измерение 20 параметров крови с помощью набора контрольных образцов крови EIGHTCHECK-3-WP (3 уровня).

(**) измерение 35 параметров крови с помощью набора контрольных образцов крови XN CHECK (3 уровня).

(***) измерение 23 параметров крови с помощью набора контрольных образцов сыворотки крови Control Serum1, Control Serum2.

Лот № 2: Поверка секундомеров

№ п/п	Наименование и тип оборудования	Кол-во
1	Секундомер Интеграл С-01	5
	Итого:	5