

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Стерилизатор суховоздушный- проходного типа (в количестве – 9 ед.)**

1. Состав оборудования (из расчета на 1 комплект оборудования):

№	Наименование	Единица измерения	К-во
1.1	Стерилизатор суховоздушный- проходного типа	шт.	1
1.2	Напольная подставка	шт.	1

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Шкаф предназначен для сушки и воздушной стерилизации стеклянной и металлической посуды;
- 2.2. Диапазон автоматически поддерживаемых и регулируемых температур в рабочей камере должен быть от 50 до 200°C;
- 2.3. Объем рабочей камеры не менее 100 л должен быть из нержавеющей стали;
- 2.4. Наличие цифровой индикации заданной и текущих температур;
- 2.5. Информация о процессе должна отображаться на светодиодном дисплее;
- 2.6. Должна присутствовать принудительная циркуляция воздуха;
- 2.7. Наличие не менее 2 лотков;
- 2.8. Направляющие для полок;
- 2.9. Электропитание 220 В, частота 50 Гц;
- 2.10. Потребляемая мощность не более 2,7 кВт;

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.