

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района
г. Минска»

Н.Я.Мысливчик

20 г.



**Техническое задание
Воронки для отоскопов**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Наименование	Количество, шт
Воронки для отоскопов	500

2. Технические требования:

1. Должны быть диаметром выходного отверстия 4,0 мм.
2. Одноразовые.
3. Выполнены из пластмассы.
4. Атравматичны для пациента.

Разработчик технического задания

А.Н.Полякова