

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий

№	Состав (комплектация оборудования)	Кол-во, штук
1.1.	Верхнее поворотное плечо, длиной 1000 мм	1
1.2.	Нижнее поворотное плечо с электроподъемником длиной 750 мм	1
1.3.	Вертикальная колонна высотой не менее 800 мм с креплением к нижнему плечу	1
1.4.	Блок из 6-ти электрических розеток I особой категории 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами	1
1.5.	Блок из 6-ти электрических розеток I категории 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами	1
1.6.	Порт выравнивания потенциалов	6
1.7.	Газовые разъемы, стандарт DIN ISO	
	- кислород	2
	- сжатый воздух	1
	- закись азота	1
	- вакуум	2
	- отвод отработанных газов	1
1.8.	Компьютерная розетка RJ45	4
1.9.	Рукоятка управления тормозами и подъемником с креплением к передней поверхности колонны	1
1.10.	Полка размером не менее 50*45см с боковыми рельсами и выдвижным ящиком	1
1.11.	Труба диаметром 38 мм длиной 500-800 мм с комплектом крепления к углам колонны с возможностью перемещения вдоль колонны	3
1.12.	Двухплечевой поворотный рычаг для крепления инфузионной стойки, с креплением к трубе из п.1.11, с радиусом поворота не менее 800мм	1
1.13.	Инфузионная стойка	1

1.14.	Рельс медицинский с креплением в нижней части колонны (2 по бокам и 1 сзади колонны)	3
1.15.	Рельс медицинский с креплением в верхней части колонны (1 спереди колонны)	1
1.16.	Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс	2
1.17.	Ингалятор кислородный с диапазоном регулировки потока 1-15 л/мин	1
1.18.	Вакуумный аспиратор с комплектом крепления на рельс	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Анестезиологическая консоль должна быть потолочного крепления, оснащена системой из двух подвижных поворотных плеч (колен) для обеспечения максимальной зоны охвата рабочего места анестезиолога. Консоль предназначена для подвода медицинских газов, электропитания и размещения вспомогательного оборудования.

2.2. Конструкция консоли, предназначенная для эксплуатации в условиях операционного блока, должна быть выполнена из анодированного алюминия. Изделие должно обеспечивать возможность электрической регулировки высоты в процессе эксплуатации, при этом номинальная грузоподъемность системы обязана составлять не менее 100 кг.

2.3. Поворотные плечи и распределительный модуль должны обеспечивать угол вращения вокруг своих осей не менее 330 градусов. Для фиксации подвижных соединений консоль должна быть оснащена надежной системой тормозов (фрикционной, пневматической или электромагнитной). Элементы управления тормозной системой должны располагаться в удобном доступе на распределительном модуле.

2.4. Кислородный ингалятор должен состоять из кислородного флоуметра 0-15 л/мин и флакона увлажнителя с объемом не более 300 мл. Флоуметр должен иметь крепление на рельс и соединяться с системой подачи кислорода при помощи шланга.

2.5. Вакуумный аспиратор должен состоять из двух емкостей для сбора секрета, корзины для крепления емкостей, вакуумного регулятора с манометром и шланга для подключения к системе медицинских газов. Каждая из емкостей для сбора секрета должна быть вместимостью не менее 650 мл, создаваемое разрежение не менее -0.8 бар с возможностью регулировки, максимальное всасывание не менее 45 л/мин. Все узлы и детали вакуумного аспиратора (включая вакуумный регулятор) должны быть легко разборными, устойчивыми к дезинфекции и обработке при температуре 134°C.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий

<i>№</i>	<i>Состав (комплектация оборудования)</i>	<i>Кол-во, штук</i>
1.1.	Верхнее поворотное плечо, длиной 1250 мм	1
1.2.	Нижнее поворотное плечо с электроподъемником длиной 1000 мм	1
1.3.	Вертикальная колонна высотой 1200 - 1500 мм с креплением к нижнему плечу	1
1.4.	Блок из 6-ти электрических розеток I особой категории 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами	1
1.5.	Блок из 6-ти электрических розеток I категории 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами	1
1.6.	Порт выравнивания потенциалов	12
1.7.	Газовые разъемы, стандарт DIN ISO	
	- кислород	2
	- сжатый воздух	2
	- вакуум	2
	- отвод отработанных газов	1
1.8.	Компьютерная розетка RJ45	4
1.9.	Рукоятка управления тормозами и подъемником с креплением к передней поверхности колонны	1
1.10.	Полка размером не менее 50*45см с боковыми рельсами и выдвижным ящиком	1
1.11.	Крепежный элемент для навески наркозного аппарата	1
1.12.	Труба диаметром 38 мм длиной 500-800 мм с комплектом крепления к углам колонны с возможностью перемещения вдоль колонны	3
1.13.	Двухплечевой поворотный рычаг для крепления инфузионной стойки, с креплением к трубе из п.1.11, с радиусом поворота не менее 800мм	1
1.14.	Инфузионная стойка	1

1.15.	Рельс медицинский с креплением в нижней части колонны (2 по бокам и 1 сзади колонны)	3
1.16.	Рельс медицинский с креплением в верхней части колонны	1
1.17.	Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс	3
1.18.	Ингалятор кислородный с диапазоном регулировки потока 1-15 л/мин	1
1.19.	Вакуумный аспиратор с комплектом крепления на рельс	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Анестезиологическая консоль должна быть потолочного крепления, оснащена системой из двух подвижных поворотных плеч (колен) для обеспечения максимальной зоны охвата рабочего места анестезиолога и системой крепления наркозно-дыхательного аппарата. Консоль предназначена для подвешного размещения наркозно-дыхательного аппарата, подвода медицинских газов, электропитания и размещения вспомогательного оборудования.

2.2. Конструкция консоли, предназначенная для эксплуатации в условиях операционного блока, должна быть выполнена из анодированного алюминия. Изделие должно обеспечивать возможность электрической регулировки высоты в процессе эксплуатации, при этом номинальная грузоподъемность системы обязана составлять не менее 300 кг.

2.3. Поворотные плечи и распределительный модуль должны обеспечивать угол вращения вокруг своих осей не менее 330 градусов. Для фиксации подвижных соединений консоль должна быть оснащена надежной системой тормозов (фрикционной, пневматической или электромагнитной). Элементы управления тормозной системой должны располагаться в удобном доступе на распределительном модуле.

2.4. Кислородный ингалятор должен состоять из кислородного флоуметра 0-15 л/мин и флакона увлажнителя с объемом не более 300 мл. Флоуметр должен иметь крепление на рельс и соединяться с системой подачи кислорода при помощи шланга

2.5. Вакуумный аспиратор должен состоять из двух емкостей для сбора секрета, корзины для крепления емкостей, вакуумного регулятора с манометром и шланга для подключения к системе медицинских газов. Каждая из емкостей для сбора секрета должна быть вместимостью не менее 650 мл, создаваемое разрежение не менее -0.8 бар с возможностью регулировки, максимальное всасывание не менее 45 л/мин. Все узлы и детали вакуумного аспиратора (включая вакуумный регулятор) должны быть легко разборными, устойчивыми к дезинфекции и обработке при температуре 134°C.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий

<i>№</i>	<i>Состав (комплектация оборудования)</i>	<i>Кол-во, штук</i>
1.1.	Распределительный модуль с креплением на стену в вертикальном положении	1
1.2.	Блок из 6-ти электрических розеток I особой категории 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами	1
1.3.	Блок из 6-ти электрических розеток I категории 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами	1
1.4.	Порт выравнивания потенциалов	6
1.5.	Газовые разъемы, стандарт DIN ISO	
	- кислород	2
	- сжатый воздух	1
	- закись азота	1
	- вакуум	2
	- отвод отработанных газов	1
1.6.	Компьютерная розетка RJ45	4
1.7.	Рельс медицинский	3
1.8.	Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс	1
1.9.	Ингалятор кислородный с диапазоном регулировки потока 1-15 л/мин	1
1.10.	Вакуумный аспиратор с комплектом крепления на рельс	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Анестезиологическая консоль должна быть настенного вертикального крепления, изготовлена из анодированного алюминия и адаптирована для применения в операционном блоке. Предназначаться для подвода медицинских газов, электропитания и размещения вспомогательного оборудования.

2.2. Кислородный ингалятор должен состоять из кислородного флоуметра 0-15 л/мин и флакона увлажнителя с объемом не более 300 мл. Флоуметр должен иметь крепление на рельс и соединяться с системой подачи кислорода при помощи шланга

2.3. Вакуумный аспиратор должен состоять из двух емкостей для сбора секрета, корзины для крепления емкостей, вакуумного регулятора с манометром и шланга для подключения к системе медицинских газов. Каждая из емкостей для сбора секрета должна быть вместимостью не менее 650 мл, создаваемое разрежение не менее -0.8 бар с возможностью регулировки, максимальное всасывание не менее 45 л/мин. Все узлы и детали вакуумного аспиратора (включая вакуумный регулятор) должны быть легко разборными, устойчивыми к дезинфекции и обработке при температуре 134°C.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.