

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Стерилизатор паровой проходного типа	шт.	1
2.	Транспортная тележка	шт.	2
3.	Загрузочная (внутренняя) тележка	шт.	1
4.	Стерилизационная сетчатая корзина	шт.	не менее 5
5.	Комплект уплотнительных прокладок	комплект	2
6.	Встроенный принтер	шт.	1
7.	Бумага для принтера	рулон	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Стерилизатор паровой проходного типа:	
2.1.1. *	Объем камеры без поддона, не менее	600 л
2.1.2. *	Тип камеры - проходной с вертикальным расположением двери	Наличие
2.1.3. *	Габаритные размеры (Ш x Г x В)	Не более 1300x2100x1970 мм
2.1.4.	Рабочая камера, генератор пара, паропроводы изготовлены из нержавеющей стали	Наличие
2.1.5.	Боковые облицовочные панели выполнены из нержавеющей стали	Наличие
2.1.6.	Возможность подключения к холодной и очищенной воде, канализации, сжатому воздуху, вентиляции	Наличие
2.1.7.	Автоматизированные программы стерилизации	Наличие
2.1.8.	Короткий цикл стерилизации	Наличие
2.1.9	Программы для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов – резина, металл, текстиль	Наличие
2.1.10	Функция предварительного вакуумирования в автоматическом режиме	Наличие
2.1.11	Наличие тестовой программы для проверки работы автоклава с использованием теста Бови-Дика	Наличие
2.1.12	Аварийные предохранительные системы, системы аварийного сброса пара	Наличие

2.1.13	Электронное табло для отображения параметров процесса стерилизации, сообщения об ошибках	Наличие
2.1.14	Встроенный резервуар для воды, используемый для подачи ее на парогенератор	Наличие
2.1.15	Электропитание, 3 ф, 380 В	Наличие
2.1.16	Мощность	Не более 65 кВт
2.1.17	Автоматическое открывание дверей	Наличие
2.2	Транспортная тележка: 4 колеса, 2 колеса оснащены педальными тормозами	Наличие
2.3	Загрузочная (внутренняя) тележка выполнена из нержавеющей стали	Наличие
2.4	Стерилизационная сетчатая корзина выполнена из нержавеющей стали	Наличие
2.5	Комплект уплотнительных прокладок:	
2.5.1	Комплект содержит уплотнительные прокладки	Не менее 2 шт.
2.5.2	Материал уплотнительных прокладок	Силикон
2.6	Встроенный принтер:	
2.6.1	Распечатка каждого цикла стерилизации	Наличие

Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.