

# ОПИСАНИЕ

19-05-2026

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

## 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| Номер и наименование ЛОТа                                     | Размер / состав                                                                                                                                                               | Количество |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <del>ЛОТ №1</del><br>Стент мочеточниковый (в комплекте) (5F)  | Состав комплекта:<br>1. катетер №5 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 25-26см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 1 690 штук |
| <del>ЛОТ №2</del><br>Стент мочеточниковый (в комплекте) (5F)  | Состав комплекта:<br>1. катетер №5 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 28-30см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 600 штук   |
| <del>ЛОТ №3</del><br>Стент мочеточниковый (в комплекте), (6F) | Состав комплекта:<br>1. катетер №6 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 25-26см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 2 560 штук |
|                                                               | Состав комплекта:<br>1. катетер №6 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 27-28см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 755 штук   |
| <del>ЛОТ №4</del><br>Стент мочеточниковый (в комплекте) (7F)  | Состав комплекта:<br>1. катетер №7 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 24-26см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 250 штук   |
|                                                               | Состав комплекта:<br>1. катетер №7 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 27-28см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 810 штук   |
| ЛОТ №5<br>Стент мочеточниковый (в комплекте) (8F)             | Состав комплекта:<br>1. катетер №8 типа двойной (на обоих концах) PIGTAIL длиной 27-28см<br>2. зажимы<br>3. толкатель (устройство для проталкивания катетера)<br>4. проводник | 10 штук    |

## 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| ЛОТ №1-5<br>Стент мочеточниковый (в комплекте) (5F, 6F, 7F, 8F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Диаметр петли вводимой в чашечно-лоханочную систему должен быть не более 2см, а в мочевого пузыря – 1,9-4см.</p> <p>2.2. Конеч, вводимый в почки, должен быть слепой, а в мочевого пузыря - открытый.</p> <p>2.3. Оба конца должны иметь достаточное количество боковых отверстий для обеспечения свободного тока мочи.</p> <p>2.4. Проводник должен быть изготовлен из нержавеющей стали или другого материала.</p> <p>2.5. Длина проводника должна быть не менее 85см.</p> <p>2.6. Каждый набор должен быть стерильный и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.</p> |

ВХ № 5145  
19.05.2026

2.7. Время нахождения в полостной системе 2-3 месяца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.