

Технические характеристики(описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

1. Состав(комплектация) оборудования:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Дыхательный контур одноразовый, неонатальный с обогревом, камерой увлажнения, фильтром HFOV, для аппарата ИВЛ Leoni plus	шт.	50
2	Комплект изделий, предназначенный для подвода кислорода от аппарата искусственной вентиляции легких Leoni + к новорожденному при проведении ИВЛ.	шт.	50

2. Технические требования:

- 2.1. дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных, в том числе высокочастотной осцилляторной;
- 2.2 дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher & Paykel MR850 и аппаратом ИВЛ Leoni plus, Heinen+Lowenstein;
- 2.3 наличие линии контроля давления;
- 2.4 дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха;
- 2.5 камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;
- 2.6 неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15 мм;
- 2.7 наличие бактериального дыхательного фильтра для высокочастотной ИВЛ однократного применения;
- 2.8 материал изготовления, разрешенный для использования у новорожденных.
- 2.9 Материал: медицинский апирогенный, нетоксичный полимер, без латекса.
- 2.10 Индивидуальная упаковка. Стерильно. Изделие для одноразового использования.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и(или) не менее 80%, от срока годности, указанного на упаковке на момент поставки.
4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию – нет.
5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:
 - регистрационное удостоверение РБ,
 - обучение персонала не требуется.

sp1 1