

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Ножницы глазные (IRIS или JOSEPH), прямые, оба конца острые, общая длина 100-110 мм, волнообразная микротомная заточка рабочей части лезвий	10
2.	Ножницы для перевязочного материала/снятия повязок LISTER, изогнутые на угол 30-45 градусов, общая длина 175-200 мм	6
3.	Ножницы хирургические, оба конца тупые, изогнутые по плоскости, общая длина 140-155 мм, с твердосплавными вставками на рабочей части лезвий	15
4.	Зажим гемостатический KOCHER-OCHSNER, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 150-160 мм, 1х2 зуба	20
5.	Зажим гемостатический HALSTED-MOSQUITO, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм, без зубов	10
6.	Зажим гемостатический BABY-OVERHOLT, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм	20
7.	Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм	10
8.	Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм	10
9.	Зажим для трубок/магистралей, прямые бранши с насечкой, общая длина 180-220 мм	8
10.	Иглодержатель CRILE-WOOD BABY, для шовного материала 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,3-0,4 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм	20
11.	Иглодержатель MAYO-HEGAR, для шовного материала до 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,5 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм	20
12.	Пинцет анатомический, прямой, ширина браншей 2,2-2,6 мм, рабочая часть браншей с поперечной насечкой, общая длина 160-175 мм	15
13.	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, общая длина 140-150 мм	20
14.	Рукоятка скальпеля №3 для сменных одноразовых лезвий, сантиметровая шкала на рукоятке, общая длина 120-130 мм	10
15.	Цанка бельевая непрокалывающая (типа «шарик-лунка»), общая длина 125-140 мм	15
16.	Ретрактор US-ARMY, пара, ширина рабочей части 15-18 мм, глубина рабочей части 25-30 мм и 40-45 мм, общая длина 220-235 мм	3
17.	Ретрактор KOCHER, ширина рабочей части 25-30 мм, глубина рабочей части 55-60 мм	2
18.	Зажим MAIER или аналог для тупферов/перевязок, изогнутый, насечка на рабочей части браншей, общая длина 250-275 мм	15

2. Технические требования

2.1. Инструменты многоразовые, изготовлены из нержавеющей стали.

2.2. Стерилизация автоклавированием.

2.3. К инструментам должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам.

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструментов не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Канюля для аспирации и ирригации, диаметр рабочей части 5 ± 1 мм, трехходовой кран, два соединения катетерного (переменного диаметра/«елка») для аспирационных/ирригационных трубок, не менее 2 боковых отверстий на дистальном конце, рабочая длина 300-350 мм	10
2.	Зажим захватывающий атравматичный, бранши с поперечной насечкой. бранши фенестрированные (окончатые), одна бранша подвижная, длина рабочей части браншей 22-28 мм, диаметр shaft 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой без соединения для коагуляции, рабочая длина 300-360 мм	4
3.	Щипцы биопсийные MANHES, бранши ложковидные, одна подвижная бранша, длина рабочей части браншей 12-17 мм, диаметр изолированного shaft 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой и с соединением для монополярной коагуляции диаметром 4 мм, рабочая длина 300-360 мм	4
4.	Монополярный электрод-крючок, изгиб рабочей части крючка 70-90 градусов, диаметр изолированного shaft 5 мм, соединение для монополярной коагуляции 4 мм, рабочая длина 300-360 мм	4
5.	Монополярный электрод с закругленным тупоконечным рабочим концом, диаметр изолированного shaft 5 мм, соединение для монополярной коагуляции 4 мм, рабочая длина 300-360 мм	2
6.	Монополярный зажим для диссекции KELLY, бранши слегка изогнутые, две подвижные бранши, длина рабочей части браншей 20-25 мм, диаметр изолированного shaft 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой и с соединением для монополярной коагуляции диаметром 4 мм, рабочая длина 300-360 мм	2
7.	Монополярный зажим для диссекции MIXTER или аналог, бранши сильно изогнутые под углом 70-90 градусов, две подвижные бранши, длина рабочей части браншей 20-25 мм, диаметр изолированного shaft 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой и с соединением для монополярной коагуляции диаметром 4 мм, рабочая длина 300-360 мм	1
8.	Игла эндоскопическая для пункции, диаметр shaft 5 мм, диаметр рабочей части иглы 0,6-0,7 мм, соединение типа Люэр или Люэр-лок, рабочая длина 300-360 мм	2

2. Технические требования

2.1. Инструмент многоразовый;

2.2. Стерилизация автоклавированием;

2.3. К инструменту должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применяемая к конкретным поставляемым инструментам;

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструмента не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии);

2.5. Все инструменты, имеющие полости, разборные или имеют порт для промывания полости, снабженный заглушкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Разработчики технических требований:

И. Галайла М.М.