

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Аудиометр импедансный

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Аудиометр импедансный	шт.	1
1.2	Диагностический зонд или Клинический зонд	шт.	1
1.3	Блок питания	шт.	1
1.4	Контралатеральный телефон	шт.	Не менее 1
1.5	Набор ушных вкладышей (в комплектации производителя)	к-кт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметр
2.1	Интерфейс для подключения к компьютеру	Наличие
2.2	Термопринтер	Наличие
2.3	Тимпанометрия (автоматическая, ручная)	Наличие
2.4	Зондирующий тон частотой: 226 Гц, 1000 Гц;	Наличие
2.5	Диапазон измеряемого эквивалентного объема при частоте зондирующего тона 226 / 1000 Гц , не менее	от 0,2 до 8,0 мл ($\pm 5\%$)/ от 0,2 до 8,0 мл ($\pm 5\%$)
2.6	Диапазон измерения давления, не менее	от -600 до +300 даПа
2.7	Тестирование функции евстахиевой трубы для перфорированной, неперфорированной и зияющей барабанной перепонки	Наличие
2.8	Рефлексометрия (автоматическая, ручная)	Наличие
2.9	Тестирование контралатерального рефлекса	Наличие
2.10	Тестирование ипсилатерального рефлекса	Наличие
2.11	Тестирование распада акустического рефлекса	Наличие
2.12	ЖК-дисплей	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.