

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	шкаф сушильно-стерилизационный	шт.	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Объем стерилизационной камеры: 300 - 450 л;

2.2 Диапазон рабочих температур: 50 – 200 °С;

2.3 Наличие дисплея для отображения информации;

2.4 Наличие защиты от перегрева;

2.5 Количество полок: не менее 3;

2.6 Возможность использование оборудования для сушки и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в соответствии с эксплуатационной документацией производителя.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.