

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот №1			
1.	Зеркало зубное стоматологическое без ручки	шт.	3 000
Лот №2			
2.	Ручка для зеркала стоматологического	шт.	200
Лот №3			
3.	Пинцет зубной изогнутый	шт.	200
Лот №4			
4.	Гладилка шаровидная	шт.	200
Лот №5			
5.	Зонд стоматологический изогнутый	шт.	200
Лот №6			
6.	Штопфер-гладилка №2	шт.	150
Лот №7			
7.	Гладилка серповидная	шт.	150
Лот №8			
8.	Шпатель для цемента	шт.	150
Лот №9			
9.	Экскаватор №2	шт.	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

ЛОТ №1. Зеркало зубное стоматологическое без ручки:

1.1. Зеркало стоматологическое предназначено для осмотра скрытых участков зуба и полости рта, отодвижения и защиты губ, щек и языка, обеспечения дополнительного освещения затемненных участков зуба и полости рта, отражая свет стоматологического светильника

1.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

1.3. Зеркальный элемент диаметром 23 мм.

1.4. Высокий коэффициент отражения.

ЛОТ №2. Ручка для зеркала стоматологического:

2.1. Ручка для крепления стоматологических зеркал.

2.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

2.3. Длина изделия 120мм.

ЛОТ №3. Пинцет зубной изогнутый:

3.1. Пинцет предназначен для захвата и/или переноса материалов в полость рта, внесения и/или удаления из полости рта различных вспомогательных и диагностических принадлежностей (ватные валики, артикуляционная бумага и т.д.), а также для определения подвижности зубов.

3.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

3.3. Длина изделия 150мм.

ЛОТ №4. Гладилка шаровидная:

4.1. Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Гладилка предназначена для внесения и предварительного размещения пломбировочного материала в обработанной кариозной полости. Штопфер предназначен для нагнетания, распределения и предварительного формирования внесенной массы пломбировочного материала.

4.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

4.3. Длина изделия 157мм.

ЛОТ №5. Зонд стоматологический изогнутый:

5.1. Зонды зубные предназначены для выявления кариозных полостей, определения состояния фиссур, их глубины, болезненности и характера размягчения зубных тканей, наличия сообщения кариозной полости зуба, уточнения топографии устьев корневых каналов, внесения ватных турунд.

5.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

5.3. Длина изделия 155мм.

ЛОТ №6. Штопфер-гладилка №2:

6.1. Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Гладилка предназначена для внесения и предварительного

размещения пломбировочного материала в обработанной кариозной полости. Штопфер предназначен для нагнетания, распределения и предварительного формирования внесенной массы пломбировочного материала.

6.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

6.3. Длина изделия 157мм.

ЛОТ №7. Гладилка серповидная:

7.1. Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Гладилка предназначена для внесения и предварительного размещения пломбировочного материала в обработанной кариозной полости. Штопфер предназначен для нагнетания, распределения и предварительного формирования внесенной массы пломбировочного материала.

7.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

7.3. Длина изделия 158мм.

ЛОТ №8. Шпатель для цемента:

8.1. Шпатель для цемента предназначен для смешивания компонентов бинарных стоматологических материалов, таких как цементы(порошок-жидкость) и композиты химического отверждения(паста-паста).

8.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

8.3. Длина изделия 180мм.

ЛОТ №9. Экскаватор №2:

9.1. Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Экскаваторы предназначены для удаления временных пломб, мягкого зубного налета, назубных отложений и некротизированных твердых тканей.

9.2. Высокая степень полировки, устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов и стерилизации.

9.3. Длина изделия 160мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки должен быть не менее 60% от установленного производителем.

Разработчики:

Сафронова Татьяна Викторовна

Главная медицинская сестра
Учреждения здравоохранения
«Пинская стоматологическая
поликлиника»

Согласовано:

Главный внештатный специалист (по направлению)

Шейда Андрей Васильевич



Главный врач
Учреждения здравоохранения
«Брестская областная
стоматологическая поликлиника»