

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку термоанемометра (типа ТКА-ПКМ 52 или аналог)

1. Количество: 1 шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

№ п/п	Наименование параметра	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)	Параметры
1.	Технические функциональные и эксплуатационные характеристики	Диапазон измерений скорости движения воздуха	0,1 ÷ 20 м/с
		Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V):	
		— в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с	$\pm (0,045 + 0,05 \cdot V)$ м/с
		— в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с	$\pm (0,1 + 0,05 \cdot V)$ м/с
		Измерение усреднённого за определённый промежуток времени скорости движения воздуха	наличие
		Регистрация максимальных, минимальных и текущего значения	наличие
		Конструктивное исполнение элемента для измерения скорости движения воздуха	погружной зонд
		Возможность одновременного измерения скорости и температуры воздуха при помощи погружного зонда	наличие

3. Условия поставки товара:

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.2. В комплект поставки должны входить: документация по гарантийному обслуживанию, технологическая документация на оборудование, инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке; элемент питания, сумка для прибора.

3.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание драг. металлов.

4. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев.

Зав. кафедрой ТГВиВ

А.М. Нияковский