

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
индикаторов контроля паровой стерилизации**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Индикаторы контроля паровой стерилизации -134/7	штука	2 938 000
1.2	Индикаторы контроля паровой стерилизации -134/5	штука	3 396 000
1.3	Индикаторы контроля паровой стерилизации -121/20	штука	532 000
Итого по лоту:		штука	6 866 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие не менее 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации;

*2.7. Для применения снаружи и внутри упаковки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам.

Примечание: *технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются обязательными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.*