

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

**Лот №1. Реагенты и расходные материалы для автоматического
гематологического анализатора BC-720[R] (Auto Hematology Analyzer BC-
720[R]), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ**
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.	Дилуэнт DS Diluent или аналог	литр	960
2.	Реагент лизирующий M-6LD Lyse или аналог	литр	32
3.	Краситель M-6FD Dye или аналог	мл	1296
4.	Реагент лизирующий M-6LH Lyse или аналог	литр	20
5.	Реагент СОЭ ESR Solution Reagent или аналог	л	36
6.	Реагент для очистки зонда Probe Cleanser или аналог	мл	900

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай**, для анализатора **BC-720[R]**;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой анализатора (путем считывания штрих-кода);

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №2. Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора BC-720[R] (Auto Hematology Analyzer BC-720[R]), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Контрольный материал низкого уровня	флакон	12
2	Контрольный материал нормального уровня	флакон	12
3	Контрольный материал высокого уровня	флакон	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 предлагаемые контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования, что подтверждается «Руководством пользователя» гематологического анализатора «BC-720[R]», производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.» (Китай), или быть аттестованы для применения на данной аналитической системе (подтверждено документально);

2.2 должны быть аттестованы по основным анализам, которые исследуются на аналитической системе;

2.3 из расчета 1 флакон не менее 1,5 мл;

2.4 обеспечивать стабильность вскрытого флакона контрольного материала в течение срока, указанного в инструкции по применению;

2.5 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.6 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.7 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов в части применения и получения некорректных результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем;

3.2. условия хранения и транспортировки должны соответствовать маркировке товара.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики



С.Н. Андреева