

БелМТ №690/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Аппарат для получения гипоксических, гипероксических и нормоксических газовых смесей	1
1.2.	Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и дыхательной терапии: дыхательные шланги без соединителей	1
1.3.	Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и дыхательной терапии: анестезиологические маски, размерами 5 (3 шт. = 1 комплект)	1
1.4.	Датчики пульсоксиметрические для подключения пациента к монитору, одноразовые и многоразовые: многоразовый датчик U310-75	2

2. Технические требования

- 2.1. Метод терапии нормобарическая интервальная гипо-гипероксическая тренировка.
- 2.2. Производительность не менее 28-40 л/мин;
- 2.3. Содержание O₂ в фазу гипоксии 9-16%;
- 2.4. Содержание O₂ в фазу гипероксии 30-33%;
- 2.5. Наличие увлажнителя воздуха;
- 2.6. Звуковое оповещение и автоотключение при падении SpO₂;
- 2.7. Наличие внутреннего бактериального фильтра
- 2.8. Контролируемые параметры терапии: пульс, SpO₂, O₂, время терапии
- 2.9. Мембранный принцип разделения газов
- 2.10. Уровень шума 52-55 дБ максимально

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.