

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Системы конусно-лучевой 3D рентгеновской томографии
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Системы конусно-лучевой 3D рентгеновской томографии в комплекте	1	шт
1.1	Томограф с цефалостатом	1	шт
1.2.	Компьютер в составе: системный блок с предустановленным базовым ПО, пишущий дисковод DVD, монитор, клавиатура, мышь	1	шт
1.3	Пульт управления на штативе аппарата, а также дистанционный пульт (кнопка)	1	шт
1.4	Лицензионное ПО	1	Компл.

2. Технические требования :

№ п/п	Наименование	Параметры
1.1.	Характеристики высокочастотного рентгеновского генератора максимальное анодное напряжение не более	90 кВ
1.2	Наличие программ 2D (панорамной) съемки	да
1.3	Размещение цефалостата на томографе	Слева от стойки
1.4	Цифровой датчик 3 D с a-Si матрицей: размер пикселя не более	0,119мм
1.5	Зона сканирования в 3D (FOV): максимальная не менее	18x16 см
1.6	Программное обеспечение русифицированное для работы с изображениями (рабочая станция + 16 дополнительных рабочих мест), функция планирования имплантатологического лечения, работа с файлами формата DICOM 3.0	В наличии

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
гарантийный срок не менее 12 месяцев.