

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора
глюкозы и лактата

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация)		Количество (объем) закупаемых товаров
1	2		3
Лот № 1 Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора глюкозы и лактата	1.1	Реагенты, позволяющие проводить измерение глюкозы и лактата	11 000 тестов
	1.2	Контрольный (не менее 2-х уровней) материал	Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля качества по всем уровням в течение 1 года (365 дней)
	1.3	Вспомогательные реагенты, растворы, калибраторы, расходные материалы в случае необходимости	Комплекты в соответствии с количеством исследований (11 000)

2. Технические характеристики

2.1.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы, вспомогательные реагенты, растворы, калибраторы, расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования, совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п. 1 заявки на закупку.

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию.

2.2.1	Типы исследуемых образцов: цельная кровь, сыворотка, плазма
2.2.2	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
2.2.3	Возможность интеграции в лабораторную информационную систему
2.2.4	Функция считывания штрих-кодов образцов
2.2.5	Количество позиций для образцов: не менее 20
2.2.6	Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований
2.2.7	Интерфейс на русском языке
2.2.8*	Принтер, при отсутствии встроенного
2.2.9	Возможность подключения к персональному компьютеру и принтеру
2.2.10	Производительность: не менее 120 образцов глюкозы в час
2.2.11*	Источник бесперебойного питания в комплекте

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам