

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»
Барсамян Г.Т.
« » 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку услуг по измерению эксплуатационных параметров медицинского
рентгеновского оборудования в структурных подразделениях
УЗ «Минская ЦРКБ».

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ «Минская ЦРКБ»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	д. Боровляны, ул. Фрунзенская, д. 1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@yandex.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – измерения эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования.
2. Область применения – УЗ «Минская ЦРКБ»
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота(при наличии)	
Предмет государственной закупки	Выполнение поверочных работ
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ(9знаков)	74.90.19.200
Объем (количество)	17 ед.
Срок (график поставки)товаров	Сентябрь-ноябрь 2026 год
Придельная стоимость государственной закупки по лоту	6694,00 руб.
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

1788

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором.

Инженер по метрологии Лукьянец О.Г. раб: 5052796, моб. +375293788110
начальник отдела МТС Маркова О.Д. раб: 5052788

5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственного бытового назначения УЗ «Минская ЦРКБ».

Приложение №1

1. Участник должен выполнить:

- измерения эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования.

2. Требования о наличии документации: свидетельство о государственной регистрации; действующий аттестат аккредитации на соответствие требованиям СТБ.

Прочие условия

1. Выезд к Заказчику для оказания услуги.

Ф.-Л №1 «Атолинская больница» рентгеновское отделение	Медицинское рентгеновское оборудование			
Аппарат рентгеновский дентальный	Endos ACP	2006	27060397	Италия
Аппарат рентгеновский передвижной	Basic 100-30	2006	005/06/00487	Италия
Аппарат рентгеновский	Космос Универсал Томо	2009	060	РБ
Аппарат рентгеновский	Униэксперт 2 плюс	2017	025	РБ
Аппарат рентгенодиагностический	Пульмоскан	2017	388	РБ
Ф.-Л №2 «Заславская ГБ» рентгеновское отделение				
Аппарат рентгеновский дентальный	ORALIX-AC	2007	07010267	Италия
Аппарат рентгеновский	Vision	2007	AM7975B07	Италия
Аппарат рентгенографический Компьютерный с АРМ	Пульмоскан- 760У (Унискан)	2005	075	РБ
Колодищанская поликлиника (рентгеновское отделение)				
Аппарат рентгеновский дентальный	Endos ACP	2005	27051001	Италия
«Минская ЦРКБ» рентгеновское отделение				

Аппарат рентгеновский дентальный	PREVA	2012	DB52037	США
Аппарат рентгеновский передвижной	Basic 100-30	2006	005/06/00507	Италия
Аппарат рентгеновский диагностический передвижной	Спутник 02-08	2018	04001893	
Аппарат рентгенодиагностический стоматологический	Planmeca Pro One панорамный	2018	PRO0761332	
Поликлиника №1 (ул. Осипенко, 21а)				
Аппарат рентгенографический компьютерный с АРМ	Пульмоскан- 760У (Унискан)	2010	170	РБ
Поликлиника Озерцо				
Аппарат рентгеновский	Космомс 535	2021	010021361	РБ
Поликлиника Копище				
Рентгеновский стоматологический	MYRAY Hyperion X9 Pro	2025	70A11932	
Рентгеновский стоматологический	MYRAY RX DC	2024	706J016550	

Согласовано:

Зам. главного врача по ХР

Разработчики:

Ведущий инженер

по мед. оборудованию

Врач-рентгенолог (заведующий)

Начальник ПЭО

Инженер по метрологии

 В.М. Тихоновский

 Е.И. Пальчевский

Е.А. Жуковская

Т.Е. Костюк

О.Г. Лукьянец

