

БелМТ №704/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
тележка (каталка) реанимационная
(7 комплектов)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Тележка медицинская, транспортная	шт.	1
1.2.	Матрац рентгенпрозрачный с гигиеническим полиуретановым покрытием	шт.	1
1.3.	Подголовник	шт.	1
1.4.	Ремень для фиксации туловища пациента.	комплект	1
1.5.	Столик для дополнительного оборудования	шт.	1
1.6.	Держатель кислородного баллона	шт.	1
1.7.	Штатив для длительных вливаний с крюками и держателями	шт.	1
1.8.	Механизм фиксации направления движения	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Тележка (каталка) медицинского назначения для транспортировки пациентов в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии.

2.2. Все конструктивные составляющие тележки должны быть выполнены из антикоррозийных материалов и/или иметь антикоррозийное покрытие, устойчивое к дезинфекции.

2.3. Наличие возможности регулировки высоты при помощи pedalного гидравлического привода (по матрасу): крайне нижнее положение не более 750 мм, crane верхнее положение не менее 1000 мм.

2.4. *Наличие складывающихся боковых ограждений на всю длину

каталки, опускающихся ниже верхней плоскости матраса.

2.5. Грузоподъемность не менее 160 кг.

2.6. Бесступенчатая регулировка спинной и ножной секций при помощи пневмопружины.

2.7. Угол подъема головной секции не менее - 60°.

2.8. Колеса диаметром не менее 180 мм с бесшумным покрытием и системой центральной блокировки, с функцией фиксации выбранного направления.

2.9. Матрац рентгенпрозрачный с гигиеничным полиуретановым покрытием, легко очищаемый, стойкий к дезинфицирующим веществам, соответствующий размерам каталки.

2.10. Наличие протекторов-бамперов для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам каталки.

2.11. Штатив для инфузий складной конструкции.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документом организатора.