

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 1: Стерилизатор плазменный

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Стерилизатор плазменный	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Предназначен для низкотемпературной плазменной стерилизации изделий медицинского назначения выполненных, в том числе, из различных термофобных, термочувствительных материалов	Наличие
2.2	Тип	Напольный
2.3	Объем камеры, не менее, л	50
2.4	Программа (цикл) стерилизации, не менее	2
2.5	Температура в камере, не более, С°	70
2.6	Электропитание от однофазной сети	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.