

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

Антибактериальный липкий коврик.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Наименование товара	Единица измерения	Количество
Антибактериальный липкий коврик	Мат (коврик) (по 30 листов в каждом)	310

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Размеры мата (коврика): 0,8-1,0 × 1,0-1,50 м
- 2.2. Очищающий липкий мат из тонких листов полиэтиленовой пленки, покрытой клеем.
- 2.3. Липкий слой должен удалять микрочастицы с подошвы персонала, поверхностей роликов тележек перед каждым входом в чистое помещение.
- 2.4. Каждый мат (коврик) должен иметь не менее 30 пронумерованных сменных листов.
- 2.5. Листы удаляются последовательно по мере загрязнения.
- 2.6. В углу каждого листа площадка, свободная от клея, для быстрой и легкой замены.
- 2.7. Толщина коврика (30 слоев) не менее 2 мм.
- 2.8. Коврик стелется без необходимости помещения в раму.
- 2.9. Каждый коврик должен иметь покрытие адгезивного вещества с добавлением бактерицидного средства.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
 - 3.1. Изделие должно быть упаковано по 5-10 матов (ковриков) в одной упаковке. В каждом мате (коврике) 30 слоев.
 - 3.2. Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

РАЗРАБОТАНО:


Главная медицинская сестра



Семижён Е.Н.

Согласовано:

Врач-эпидемиолог



Савич Н.Д.