

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
перманентных двухходовых катетеров для гемодиализа в комплекте для установки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1	Перманентные двухходовые катетеры для гемодиализа в комплекте с наборами для установки диаметром 13,5-15,5F и длиной катетера 20-24 см, от кончика до манжеты 15-20 см	шт.	20
2	Перманентные двухходовые катетеры для гемодиализа в комплекте с наборами для установки диаметром 13,5-15,5F и длиной катетера 25-32 см, от кончика до манжеты 22-28 см	шт.	10

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Полностью рентгеноконтрастный катетер, вводится по методу Сельдингера;
- 2.2. Катетер должен иметь манжету для подкожной фиксации катетера и защиты от микробной контаминации;
- 2.3. Удлинительные трубки должны иметь зажимы-клипсы с цветной маркировкой (синие – для возвратной трубки, красные – для подающей трубки), съемные защитные колпачки.
- 2.4. Венозное дистальное отверстие находится отдельно от артериального отверстия;
- 2.5. Комплект должен включать:
 - 2.5.1. 1 двухпросветный катетер для гемодиализа диаметром 13,5-15,5 Fr;
 - 2.5.2. набор для пункции и катетеризации центральных вен по методу Сельдингера, установки и фиксации катетера (пункционная игла, дилататоры, проводник, стилет-проводник, колпачки и др.);
- 2.6. Длина катетера от кончика до манжеты 15-28 см, от кончика до разъема 20-32 см;
- 2.7. Скорость эффективного кровотока через катетер не менее 250 мл/мин.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Согласно аукционным документам организатора.

* Технические требования обязательные для выполнения. Предложения, не соответствующие этим требованиям, не будут рассматриваться.