

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»

Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBVY2X УНП 400052327

11.08.2026 № 4-14/294

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «Расходные материалы для стерилизатора плазменного SHINVA-PS-100XP», согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **13.08.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В.Саварина

УНИФИЦИРОВАННОЕ (ТИПОВОЕ) ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
Расходные материалы для стерилизатора плазменного

Лот №1

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Химические индикаторы для низкотемпературной плазменной стерилизации
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	2. Технические характеристики (описание): 2.1. Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные. 2.2. Бумажная полоска с нанесенным химическим веществом и обязательным наличием эталонного цвета. 2.3. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации. 2.4. Изменение и достижение контрастного эталонного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени. 2.5. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Лот №2

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Кассета со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA- PS-100XP
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	2. Технические характеристики (описание): 2.1. В кассете капсулы с жидкой перекисью водорода, используемая для стерилизации стерилизуемых материалов (одноразового использования). 2.2. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Лот №3

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Рулоны упаковочного материала для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Состав: согласно приложению к лоту №3. 2. Технические характеристики (описание): 2.1. Рулон для плазменной стерилизации должен быть упаковочный, плоский, предназначенный для плазменной стерилизации. 2.2. Материал рулона: многослойная пленка, прозрачная одна сторона и специальный нетканый материал типа ТУУЕК либо аналог другая сторона. 2.3. -Возможность использования и применения

	рулона в плазменном стерилизаторе (плазма H ₂ O ₂). 2.4. На (непрозрачной) бумажной стороне должен быть нанесен химический индикатор контроля стерилизации в плазменном стерилизаторе (плазма H ₂ O ₂) с указанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. 2.5.Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Приложение к лоту №3:

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Параметры
1.1	Рулоны упаковочного материала для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP	200 ±5 мм x 100-200 м
1.2		350 ±5 мм x 70-100 м
1.3		400 ±5 мм x 70-100 м
1.4		500 ± 5 мм x 70-100м

Лот №4

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Биологический индикатор для контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода для использования в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	2. Технические характеристики (описание): 2.1.Индикатор биологический для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе должен представлять собой пластиковую пробирку со стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий <i>Bacillus stearothermophilus</i> - не менее 1,0 x 10 ⁶ 2.2. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Лот №5

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Пакеты для стерилизации с использованием паров перекиси водорода
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Состав: согласно приложению к лоту №5. 2. Технические характеристики (описание): 2.1.Изготовлен из нетканного материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и прозрачной многослойной пленки. 2.2.На внешней стороне пакетов должен быть нанесен индикатор 1 класса. 2.3.Одноразовые, самоклеящиеся. 2.4. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Приложение к лоту №5:

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Параметры
1.1	Пакеты для стерилизации с использованием паров перекиси водорода	Ширина не менее 150 мм, длина не менее 250 мм
1.2		Ширина не менее 150 мм, длина не менее 280 мм
1.3		Ширина не менее 200 мм, длина не менее 280 мм
1.4		Ширина не менее 230 мм, длина не менее 280 мм
1.5		Ширина не менее 250 мм, длина не менее 480 мм
1.6		Ширина не менее 350 мм, длина не менее 500 мм

Лот №6

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Лента самоклеящаяся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода с индикатором
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	2. Технические характеристики (описание): 2.1. Ширина не менее 25 мм. 2.2. Длина не менее 55 м. 2.3. Самоклеящаяся. 2.4. Одноразовая. 2.5. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Лот №7

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Материал упаковочный для стерилизации с использованием паров перекиси водорода
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Состав: согласно приложению к лоту №7. 2. Технические характеристики (описание): 2.1. Изготовлен из нетканного материала, состоящего из полипропилена 2.2. плотность материала от 10 до 250 г/м² 2.3. Наличие возможности поставки листов с различной цветовой окраской в целях индикации разрывов при двойной упаковке стерилизуемых изделий 2.4. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
Ед.изм.	шт.

Приложение к лоту №7:

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Размер, мм
1.1	Материал упаковочный для стерилизации с использованием паров перекиси водорода	500*500±10%
1.2		600*600±10%
1.3		750*750±10%
1.4		900*900±10%