

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1 Контрольная моча уровень 1 (норма)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№ ЛОТа</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Контрольная моча, уровень 1 (норма)	мл	120

2. Технические требования:

2.1. Основа - человеческая моча, аттестованная по следующим параметрам: альфа-амилаза, кальций, неорганический фосфор, магний, мочевины, креатинин, мочевины кислоты, микроальбумин, уровень - норма.

2.2. Реагент жидкий, готовый к употреблению

2.3. Стабильность после вскрытия флакона не менее 30 дней при 2-8 С.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №2 Контрольная моча уровень 2 (патология)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№ ЛОТа</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
2	Контрольная моча уровень 2 (патология)	мл	120

2. Технические требования:

2.1. Основа - человеческая моча, аттестованная по следующим параметрам: альфа-амилаза, кальций, неорганический фосфор, магний, мочевины, креатинин, мочевины кислоты, микроальбумин, уровень – патология

2.2. Реагент жидкий, готовый к употреблению

2.3. Стабильность после вскрытия флакона не менее 30 дней при 2-8 С.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.