

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения Расходные материалы для стерилизационного
оборудования**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Индикатор контроля стерилизации химический (121°C)	1.Индикатор для контроля паровой стерилизации. Температура стерилизации 121°C, время стерилизации 20 мин. Наружный	1000000 штук
	2.Индикатор для контроля паровой стерилизации. Температура стерилизации 121°C, время стерилизации 20 мин. Внутренний	1000000 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Индикатор контроля стерилизации химический (121°C)
2.1 Соответствие не менее чем 4 классу.
2.2 Материал: бумажная основа на клеевом основании. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.