

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**1. Состав оборудования (на 1 комплект):**

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
	ЛОР-установка:		
1.1.	Основной модуль	шт	1
1.2.	Видеосистема для эндоскопии	шт	1
1.3.	Жесткий эндоскоп для исследования уха	шт	2
1.4.	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора – 0°)	шт	2
1.5.	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора – 30°)	шт	2
1.6.	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора – 90°)	шт	2
1.7.	Массажер барабанных перепонки	шт	1
1.8.	Беспроводной налобный осветитель	шт	1
1.9.	Кресло пациента	шт	1
1.10.	Стул врача	шт	1

2. Технические характеристики:

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Основной модуль	
2.1.1	Корпус изготовлен из материала, который устойчив к дезинфицирующим средствам	наличие
2.1.2	Выдвижные ящики не менее 2 шт.	наличие
2.1.3	Лоток для инструментов не менее 2 шт.	наличие
2.1.4	Отсек для инструментов, закрываемый прозрачной крышкой, предназначенный для размещения инструментов, медикаментов, оборудования и прочего	наличие
2.1.5	Подогреватель оториноларингологических зеркал и инструментов, встроенный	наличие
2.1.6	Влагозащитная панель управления	наличие
2.1.7	Устройство для промывания ушей с ушной воронкой и защитным щитком от брызг, с автоматическим подогревом до 37-38°C	наличие
2.1.7.1	Ушные воронки к устройству для промывания ушей не менее 10 ед.	наличие
2.1.8	Гнезда либо емкости для дезинфекции оптики не менее 3 ед.	наличие
2.1.9	Блок аспирации с возможностью регулировки, с манометром, производительность не менее 50 л/мин	наличие
2.1.10	Комплект наконечников для аспиратора (не менее 20 шт.)	наличие
2.1.11.	Емкость-сборник секретов с предохранителем от переполнения не менее 2,5 л	наличие
2.1.12	Встроенный компрессор для подачи воздуха с регулировкой давления 0-2 Бар	наличие
2.1.13	Комплект оливок Политцера для продувания (не менее 3 шт. в комплекте, не менее 2 комплектов)	наличие

2.1.14	Распылители медикаментов для растворов не менее 2 ед.	наличие
2.1.15	Игла для прочистки распылителя	наличие
2.1.16	Встроенный источник холодного света LED яркостью не менее 150 000 Люкс, со световодом	наличие
2.1.17	Портативный источник света LED: рукоятка-фонарик LED для использования с жесткими и гибкими эндоскопами независимо от основного модуля ЛОР-установки	наличие
2.1.17.1	Аккумуляторная батарея с емкостью не менее 3-х часов непрерывной работы, не менее 2 ед.	наличие
2.1.17.2	Зарядное устройство	наличие
2.2	Видеосистема для эндоскопии	
2.2.1	Видеокамера цифровая, 1/3" CCD, с возможностью фиксации изображений и записи видео. Разрешение не менее 520p, 410000 пикселей	наличие
2.2.2	Кронштейн для видеокамеры	наличие
2.2.3	ЖКИ-Монитор, диагональ не менее 19 дюймов	наличие
2.2.4	Возможность подключения видеосистемы к ПК и принтеру	наличие
2.2.5	Встроенный источник холодного света LED яркостью не менее 150 000 Люкс, со световодом	наличие
2.2.6	USB порт для записи фото и видео не менее 1 ед.	наличие
2.2.7	Возможность подключения видеосистемы к ПК и принтеру и программное обеспечение	наличие
2.3	Жесткий эндоскоп для исследования уха	
2.3.1	Диаметр – не более 3 мм	наличие
2.3.2	Рабочая длина – не более 100 мм	наличие
2.3.3	Направление угла обзора - 0°	наличие
2.4	Жесткий эндоскоп для исследования носа	
2.4.1	Диаметр – не более 4 мм	наличие
2.4.2	Рабочая длина – не менее 175 мм	наличие
2.4.3	Направление угла обзора - 0°	наличие
2.4.4	Направление угла обзора - 30°	наличие
2.5	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани	
2.5.1	Диапазон диаметра – от 4 до 10 мм	наличие
2.5.2	Рабочая длина – не менее 175 мм	наличие
2.5.3	Направление угла обзора - 90°	наличие
2.6	Массажер барабанных перепонки	
2.6.1	Комплект многоразовых ушных вкладышей либо наушники	наличие
2.6.2	Таймер в диапазоне 1-30 мин.	наличие
2.6.3	Регулировка частоты стимуляции	наличие
2.6.4	Работа за счет пневматического компрессора или внешней сети	наличие
2.7	Беспроводной налобный осветитель	
2.7.1	Светодиодный, яркостью диапазоном 10 000-20 000 Люкс	наличие
2.7.2	Батарея аккумуляторная с возможностью использования не менее 2 часов непрерывной работы	наличие
2.7.3	Зарядное устройство	наличие
2.7.4	Регулируемое оголовье в виде шлема	наличие
2.7.5	Возможность регулировки светового пятна	наличие
2.8	Кресло пациента	
2.8.1	Автоматический подъемник сиденья	наличие
2.8.2	Регулируемый подголовник	наличие
2.8.3	Откидывание спинки до горизонтального положения совместно с подножкой	наличие

2.8.4	Вращение на 360°	наличие
2.9	Стул врача	
2.9.1	Возможность перемещения	наличие
2.9.2	Регулировка высоты сидения	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.