

БелМТ №710/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав оборудования (на 1 комплект):

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Количество
1	Мойка ультразвуковая	шт	1

2. Технические характеристики:

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Резервуар для очистки	Нержавеющая сталь
2.2	Время цикла обработки, не менее, мин	30
2.3	Интервал установки времени, не менее, мин.	1
2.4	Полезный объем, в диапазоне, л	6-11

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.