

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Диагностические наборы для исследований методом иммуноферментного анализа (плащечный метод)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Лот №1 Определение метанефрина и норметанефрина в крови	Тест-система для определения метанефрина (96 тестов в наборе)	тест	1728
	Тест-система для определения норметанефрина (96 тестов в наборе)	тест	1728

2. Технические требования

2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации метанефрина и норметанефрина в крови методом иммуноферментного анализа.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

1	2	3	4
Лот №2 Определение соматотропного гормона (гормона роста) человека	Тест-система для определения соматотропного гормона (гормона роста) человека (96 тестов в наборе)	тест	5184

2. Технические требования

2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации соматотропного гормона (гормона роста) человека методом иммуноферментного анализа.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

1	2	3	4
Лот №3 Контрольный материал	Упаковка не менее 60 мл: уровень 1 – не менее 4 флаконов по не менее, чем 5 мл уровень 2 – не менее 4 флаконов по не менее, чем 5	упаковка	3

	МЛ уровень 3 – не менее 4 флаконов по не менее, чем 5 МЛ		
2. Технические требования			
2.1 Контрольный материал должен иметь возможность проведения контроля качества соматотропного гормона (гормона роста) человека			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №4 Определение инсулиноподобного фактора роста 1	Тест-система для определения инсулиноподобного фактора роста 1 (96 тестов в наборе)	тест	1152
2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации инсулиноподобного фактора роста 1 методом иммуноферментного анализа.			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №5 Определение 17-ОН прогестерона	Тест-система для определения 17-ОН прогестерона (96 тестов в наборе)	тест	768
2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации 17-ОН прогестерона методом иммуноферментного анализа.			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №6 Определение альдостерона	Тест-система для определения альдостерона (96 тестов в наборе)	тест	1536
2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации альдостерона методом иммуноферментного анализа.			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №7 Определение ренина	Тест-система для определения ренина (96 тестов в наборе)	тест	1536

2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации ренина методом иммуноферментного анализа.			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №8 Определение адренокортикотропного гормона	Тест-система для определения адренокортикотропного гормона (96 тестов в наборе)	тест	1152
2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации адренокортикотропного гормона методом иммуноферментного анализа.			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №9 Определение адипонектина	Тест-система для определения адипонектина (96 тестов в наборе)	тест	960
2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации адипонектина методом иммуноферментного анализа			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №10 Определение лептина	Тест-система для определения лептина (96 тестов в наборе)	тест	960
2. Технические требования			
2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации лептина методом иммуноферментного анализа			
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.			
1	2	3	4
Лот №11 Определение метанефрина и норметанефрина в моче	Тест-система для определения метанефрина (96 тестов в наборе)	тест	576
	Тест-система для определения норметанефрина (96 тестов в наборе)	тест	576
2. Технические требования			

2.1 Тест-система должна быть предназначена для определения концентрации метанефрина и норметанефрина в моче методом иммуноферментного анализа.

2.2 Тест-система должна содержать в своем составе контрольный материал.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.