

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Фреза краниотома	штука	300
1.2	Фреза краниотома	штука	600

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О
государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

№, п/п	Наименование оборудования	Требуемые технические параметры
2.1	Фреза краниотома	прямая, размер II (два кольца)
2.2	Фреза краниотома	спиралевидная, размер III (три кольца)

2.3* Совместимость с имеющимися на балансе РНПЦ неврологии и нейрохирургии моторными комплексами производства Aescular AG, Германия.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)**

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты, отмеченные звездочкой *, имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Бор типа Розен	штука	150
1.2	Бор типа Розен	штука	150
1.3	Бор типа Розен	штука	75
1.4	Бор типа Розен	штука	75
1.5	Бор типа Розен	штука	75
1.6	Бор типа Розен	штука	75
1.7	Бор типа Розен	штука	45
1.8	Бор типа Розен	штука	75
1.9	Бор типа Розен	штука	30
1.10	Бор типа Розен	штука	30
1.11	Бор типа Розен	штука	30
1.12	Бор алмазный	штука	90
1.13	Бор алмазный	штука	300
1.14	Бор алмазный	штука	150
1.15	Бор алмазный	штука	150
1.16	Бор алмазный	штука	75
1.17	Бор алмазный	штука	60
1.18	Бор алмазный	штука	30
1.19	Бор алмазный	штука	75
1.20	Бор алмазный	штука	30
1.21	Бор алмазный	штука	75
1.22	Бор алмазный	штука	45

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№, п/п	Наименование	Требуемые технические параметры
2.1	Бор типа Розен	диаметром 1,4 мм, для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.2	Бор типа Розен	диаметром 1,8мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.3	Бор типа Розен	диаметром 2,3мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)

2.4	Бор типа Розен	диаметром 2,7мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.5	Бор типа Розен	диаметром 3,1мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.6	Бор типа Розен	диаметром 4,0мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.7	Бор типа Розен	диаметром 5,0мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.8	Бор типа Розен	диаметром 6,0мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.9	Бор типа Розен	диаметром 1,4 мм, для насадки прямой, размер II (два кольца)
2.10	Бор типа Розен	диаметром 1,8мм., для насадки прямой, размер II (два кольца)
2.11	Бор типа Розен	диаметром 2,3мм., для насадки прямой, размер II (два кольца)
2.12	Бор алмазный	диаметром 1,4мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.13	Бор алмазный	диаметром 1,8мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.14	Бор алмазный	диаметром 2,3мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.15	Бор алмазный	диаметром 2,7мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.16	Бор алмазный	диаметром 3,1мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.17	Бор алмазный	диаметром 4,0мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.18	Бор алмазный	диаметром 5,0мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.19	Бор алмазный	диаметром 6,0мм., для насадки прямой, размер I (одно кольцо)
2.20	Бор алмазный	диаметром 1,4 мм, для насадки прямой, размер II (два кольца)
2.21	Бор алмазный	диаметром 1,8мм., для насадки прямой, размер II (два кольца)
2.22	Бор алмазный	диаметром 2,3мм., для насадки прямой, размер II (два кольца)

2.23 * Совместимость с имеющимися на балансе РНПЦ неврологии и нейрохирургии моторными комплексами производства Aescular AG, Германия.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты, отмеченные звездочкой *, имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.