

Лот 1 кресло гинекологическое

1. Состав (комплектация) оборудования (на 1 единицу)

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Кресло гинекологическое	1
2.	Гинекологическая емкость	1
3.	Ногодержатель Гёпеля	1 пара
4.	Подголовник	1
5.	Педальный блок управления	1
6.	Подставка-ступеньки	1
7.	Поручни для пациента	1 пара

2. Технические требования

№ п/п	Параметры	Требования
2.1.	Высота сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья в нижнем положении	570 +- 50 мм
2.2.	Диапазон подъема-опускания кресла, не менее	280 мм
2.3.	Привод подъема-опускания кресла электромеханический	наличие
2.4.	Привод изменения наклона сиденья электромеханический	наличие
2.5.	Ножной пульт управления обеспечивает подъем и опускание панели, изменения угла наклона сидения	наличие
2.6.	Для перемещения кресло обеспечено встроенными колесам	наличие
2.7.	Рабочая нагрузка кресла, не менее	120 кг
2.8.	Напряжение питания кресла	220 В, 50 Гц