

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

Стол операционный универсальный

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт)
1.1	Стол операционный (мобильное основание, колонна с основной и спинной секциями) со встроенным или выносным зарядным устройством.	1
1.2	Головная секция с двойным сочленением (шарниром).	1
1.3	Ножная секция, раздельная.	2
1.4	Опора для руки.	2
1.5	Опора для руки в положении на боку	1
1.6	Боковая опора (для туловища).	2
1.7	Ремень для фиксации пациента усиленный.	2
1.8	Рамка анестезиологическая Г-образная	1
1.9	Подушка для позиционирования тела пациента на боку (с выемкой под руку)	1
1.10	Пульт управления беспроводной.	1

2. Технические требования:

Поз.1.1 «Стол операционный (мобильное основание, колонна с основной и спинной секциями) со встроенным или выносным зарядным устройством».	
2.1	Стол операционный должен быть в комплектации, предназначенной для выполнения оперативных вмешательств в любой части тела человека
2.2	Грузоподъёмность стола с сохранением всех функций – не менее 250 кг.
2.3	Должно быть обеспечено моторизованное перемещение столешницы и ее секций в следующие позиции: тренделенбург / антитренделенбург, наклоны влево / вправо, опускание / подъем столешницы, опускание / подъем спинной секции, опускание / подъем ножной секции, продольное смещение, опускание / подъем почечного валика.
2.6	Диапазон регулировки стола по высоте - не менее 450 мм, минимальная высота столешницы без подушек – не более 650 мм от уровня пола.
2.7	Наклон стола в положениях тренделенбурга / антитренделенбурга не менее 35°/35°.
2.8	Боковой наклон (влево/вправо) – не менее 25°. Наличие интегрированного почечного мостика.
2.9	Подъем спинной секции до 90°, опускание до -45°.
2.10	Для стола должны быть реализованы следующие команды управления: приведение столешницы в предустановленные на заводе положения (не менее 3), приведение столешницы в настроенные пользователем положения (не менее 10), приведение в «нулевое» положение.
2.12	На колонне операционного стола должен быть интегрирован пульт управления (базовые регулировки).
Поз.1.2 «Головная секция с двойным сочленением (шарниром)».	
2.14	Должна осуществлять продольное и вертикальное перемещение, с боковым рельсом.

Поз.1.4 «Опора для руки»	
2.15	Должна быть укомплектована ремнем для фиксации руки
2.16	Регулировка опоры по высоте и углу наклона должна осуществляться в одном шарнире одним рычагом управления.
Поз. 1.5 «Опора для руки в положении на боку»	
2.17	Должна быть укомплектована ремнем для фиксации руки, дугой и кронштейном для фиксации на боковом рельсе.
Поз. 1.13 «Пульт управления беспроводной»	
2.18	Наличие подсветки клавиш. Управление всеми моторизованными функциями стола. Возможность вызова предустановленных настроек, блокировки стола на полу, приведение в «0» положение.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.