

Общие требования:

- 1.Гарантийный срок – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.
- 2.Срок службы не менее 10 лет.
- 3.Узел крепления торсионной трубки с передающим механизмом уровнемера должен иметь внешний защитный кожух, для предотвращения воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений или при ином конструктивном исполнении не должен иметь открытых участков торсионной трубки;
- 4.По устойчивости к механическим воздействиям уровнемер должен быть виброустойчивым.

Допускается предоставление товара с аналогичными техническими характеристиками, равноценными или превосходящими указанных в опросных листах (Приложение 1)

Документация (техническая, эксплуатационная и разрешительная) которая предоставляется при подаче предложения:

- наименование предлагаемого к поставке товара с полным буквенно-цифровым кодом модели, словесную расшифровку буквенно-цифрового кода модели;
- технические характеристики, согласно Приложения 1;
- информацию о комплектности поставки;
- копию действующего сертификата Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средств измерений;
- копия сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- копия *декларации* о соответствии или *сертификата* соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в зависимости от принятого изготовителем (уполномоченным лицом изготовителя), импортером решения о форме подтверждения соответствия технических средств требованиям ТР ТС 020/2011.

При отсутствии возможности предоставления копий указанных выше документов, участник должен гарантировать их поставку в комплекте с товаром, при этом в гарантийном письме должен быть приведен полный перечень подлежащих поставке документов. Для документов о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС должны быть указаны типы документов (сертификат или декларация) на соответствие конкретному ТР ТС.

Документация (техническая, эксплуатационная и разрешительная) которая предоставляется при поставке товара:

- эксплуатационные документы: «Руководство по эксплуатации», «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия» (при необходимости),
 - «Формуляр» или «Паспорт», с объемом сведений согласно ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы».
- Эксплуатационные документы должны быть выполнены по ГОСТ 2.610-2006 «Правила выполнения эксплуатационных документов»;
- для каждого типа средств измерения должны быть представлены **копии** действующих на дату изготовления товара документов:
 - сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерений с приложением (описание типа средств измерений), методика поверки, калибровочный сертификат завода изготовителя или свидетельство о первичной поверке;
 - сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
 - *декларации* о соответствии или *сертификата* соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в зависимости от принятого изготовителем (уполномоченным лицом изготовителя), импортером решения о форме подтверждения соответствия технических средств требованиям ТР ТС 020/2011.