

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 12.08.2026 № 4-16/296
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Трубки дренажные для УЗ Гомельской области**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **14.08.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание)

Трубки дренажные для УЗ Гомельской области*1. Состав (комплектация) оборудования:*

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Трубка дренажная	Наружный Ø трубки (СН 16) – 5,3±0,1мм, длина трубки - 1000±10 мм	2 520 штук
	Наружный Ø трубки(СН 16) – 5,3±0,1мм, длина трубки - 1500±10 мм	310 штук
	Наружный Ø трубки (СН 18) – 6,0±0,1мм, длина трубки - 1000±10 мм	2 340 штук
	Наружный Ø трубки (СН 18) – 6,0±0,1мм, длина трубки - 1500±10 мм	450 штук
	Наружный Ø трубки (СН 18) – 6,0±0,1мм, длина трубки - 2000±10 мм	100 штук
	Наружный Ø трубки (СН 18) – 6,0±0,1мм, длина трубки - 3000±10 мм	3 штуки
	Наружный Ø трубки (СН 22) – 7,3±0,15мм, длина трубки - 1000±10 мм	3 860 штук
	Наружный Ø трубки (СН 22) – 7,3±0,15мм, длина трубки - 1500±10 мм	165 штук
	Наружный Ø трубки (СН 22) – 7,3±0,15мм, длина трубки - 2000±10 мм	3 штуки
	Наружный Ø трубки (СН 22) – 7,3±0,15мм, длина трубки - 3000±10 мм	2 050 штук
	Наружный Ø трубки (СН 32)– 10,7±0,2мм, длина трубки - 1000±10 мм	1 780 штук
	Наружный Ø трубки (СН 32) – 10,7±0,2мм, длина трубки - 1500±10 мм	9 375 штук
	Наружный Ø трубки (СН 32) – 10,7±0,2мм, длина трубки - 2000±10 мм	4 701 штук
	Наружный Ø трубки (СН 32) – 10,7±0,2мм, длина трубки - 3000±10 мм	2 305 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Трубка дренажная
1.1. Материал – медицинский прозрачный имплантационно-нетоксичный ПВХ или силикон. 1.2. Поверхность трубки должна быть гладкая, что позволяло бы уменьшать адгезию фибрина и способствовать более эффективному оттоку. 1.3. Наличие боковых отверстий, обеспечивающий наилучший дренаж без риска закупорки. 1.4. Трубки должны коннектировать с силифонами для активного дренажа; 1.5. Возможность стерилизации окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».