

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров диализных**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетер диализный педиатрический FDC-812,5P или аналог (катетер двухпросветный, набор с принадлежностями, диаметр 8Fr, длина введения либо длина катетера 13 см)	штука	135
Итого по лоту 1		штука	135

2. Показатели (характеристики):

2.1. Минимальный состав каждого катетера (набора с принадлежностями):

2.1.1. Катетер двухканальный;

2.1.2. Игла пункционная;

2.1.3. Проводник;

2.1.4. Дилататор (расширитель);

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть оригинального производства Fresenius Medical Care AG (включая подразделения, дочерние предприятия и заводы изготовители) и/или иметь подтверждение изготовителя об адаптации с системой заместительной почечной терапии Multifiltrate;

2.3. Расходные материалы должны быть стерильными, однократного применения, иметь упаковку пригодную для хранения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.