

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (электрокардиостимулятор наружный временный)

Лот № 1: Электрокардиостимулятор наружный временный

1. Состав:

№№	Наименование	Количество
1.1	Электрокардиостимулятор временный наружный	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Портативный временный аппарат, используемый для кратковременной (< 30 дней) стимуляции сердца при брадиаритмиях, блокадах или после операций.

2.2. Однокамерный, с поворотными дисками для настройки частоты и амплитуды, легкий и простой в управлении.

2.3. Основные режимы работы AOO, AAI, VOO, VVI.

2.4. Основная частота работы 30-180 имп/мин.

2.5. Амплитуда стимуляции 0,3-12 В.

2.6. Высокочастотная стимуляция 60-740 имп/мин.

2.7. Длительность импульсов 0,75 мс, чувствительность 1,0-22 мВ.

2.8. Устройство должно быть оснащено четырьмя поворотными дисками, которые можно настроить для каждого пациента для контроля частоты, чувствительности, амплитуды и режима стимуляции.

2.9. Устройство должно быть оснащено светоизлучающими диодами на устройстве для оповещения о сердечных событиях. Также устройство должно автоматически отслеживать уровень заряда батареи, и об этом предупреждать отдельный светодиод, а также может быть подан звуковой сигнал.

2.10. Устройство должно иметь защитный кожух для защиты от случайного изменения настроек.

2.11. Должен быть длительный срок службы батареи с одной щелочной батареей 9 В.

2.12. Масса устройства не более 200 грамм.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.