

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Количество комплектов	Единица измерения
1	Катетер питающий СН-10	360	штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. тип: катетер питающий;

2.2. наружный диаметр D, СН - 10, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами;

2.3. конфигурация: одноходовой;

2.4. длина L, мм-500-550;

2.5. трубка с/без R-контрастные полоски;

2.6. материал трубки: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный медицинский ПВХ;

2.7. стерилен, предназначен для однократного применения;

2.8. упакован в индивидуальную упаковку;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок гарантии должен быть не менее гарантийного срока завода изготовителя;