

Лот №1**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Картридж со стерилизующим агентом (перекись водорода)	360

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:**2 Технические требования**

- 2.1. Кассета однократного применения.
- 2.2. Представляет собой пластмассовый футляр, содержащий двенадцать ячеек с действующим веществом пероксида водорода.
- 2.3. Предназначена для размещения в кассетном отсеке стерилизатора низкотемпературного пероксидно – плазменного Shinva, Китай и рассчитана на 6 циклов стерилизации

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: *Согласно аукционным документам организатора.*

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Картридж со стерилизующим агентом (перекись водорода)	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

3 Технические требования

- 2.1. Кассета однократного применения.
- 2.2. Представляет собой пластмассовый футляр, содержащий двенадцать ячеек с действующим веществом пероксида водорода.
- 2.3. Предназначена для размещения в кассетном отсеке стерилизатора низкотемпературного пероксидно – плазменного Shinva, Китай и рассчитана на 6 циклов стерилизации

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: *Согласно аукционным документам организатора.*

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Картриджи со стерилизующим агентом (перекись водорода) для стерилизатора низкотемпературного пероксидно -плазменного Shinva PS-100 XP	шт	72

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Состав: содержание перекиси водорода – 53-60%, остальное – вода.

2.2. Время стерилизации: стандартный цикл, быстрый цикл: 7 мин, гибкий цикл: 5 мин.

2.3. Один картридж рассчитан на 6 циклов стерилизации.

2.4. Картридж изготовлен из специального устойчивого к перекиси водорода пластика.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Картриджи со стерилизующим агентом (перекись водорода) для стерилизатора низкотемпературного пероксидно -плазменного Shinva PS-100 XP	шт	8

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Состав: содержание перекиси водорода – 53-60%, остальное – вода.

2.2. Время стерилизации: стандартный цикл, быстрый цикл: 7 мин, гибкий цикл: 5 мин.

2.3. Один картридж рассчитан на 6 циклов стерилизации.

2.4. Картридж изготовлен из специального устойчивого к перекиси водорода пластика.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.