

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
шприцев медицинских однократного применения**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Шприц туберкулиновый 1мл, «Луер», игла-0.33*13	штука	1 200 000
1.2	Шприц инсулиновый, 1мл, «Луер», со встроенной иглой -0,33*13	штука	4 800 000
Итого по лоту:		штука	6 000 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шприц одноразового использования двух либо (цилиндр, поршень и плунжер);
- 2.2 Наличие иглы с трехгранной заточкой;
- 2.3 Шприц должен иметь градуировку объема;
- 2.4 Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекций;
- 2.5 Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку;
- 2.6 Максимальное «мертвое» пространство инсулинового шприца (п.1.2 состава) должно быть не более 0,01мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения до 20 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Шприцы 2 мл, «Луер», игла -0,6*25	штука	8 960 000
1.2	Шприцы 5 мл «Луер» с иглой	штука	16 000 000
1.3	Шприцы 10 мл, «Луер» с иглой	штука	10 500 000
1.4	Шприцы 20 мл, «Луер» с иглой	штука	8 000 000
Итого по лоту:		штука	43 460 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 Шприц одноразового использования двух либо (цилиндр, поршень и плунжер);

2.2 Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3 Шприц должен иметь градуировку объема;

2.4 Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекций;

2.5 Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения 50 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Шприцы медицинские однократного применения	штука	800 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Шприц должен быть объемом 50мл с канюлей Луер-Лок;
- 2.2. Шприц должен быть двух или трехкомпонентным (цилиндр, поршень, плунжер);
- 2.3. Наличие градуировки;
- 2.4. Шприц (цилиндр) должен быть прозрачным;
- 2.5. Изделие однократного применения;
- 2.6. Шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения 100 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Шприцы медицинские однократного применения	штука	600 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шприц должен быть объемом 100 мл с насадкой для катетера и аспирационной рукояткой;
- 2.2 Шприц должен быть двух или трехкомпонентным (цилиндр, поршень, плунжер);
- 2.3 Наличие градуировки;
- 2.4 Шприц (цилиндр) должен быть прозрачным;
- 2.5 Изделие однократного применения;
- 2.6 Шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения 150 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Шприцы медицинские однократного применения	штука	70 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шприц должен быть объемом 150 мл с насадкой для катетера и аспирационной рукояткой;
- 2.2 Шприц должен быть двух или трехкомпонентным (цилиндр, поршень, плунжер);
- 2.3 Наличие градуировки;
- 2.4 Шприц (цилиндр) должен быть прозрачным;
- 2.5 Изделие однократного применения;
- 2.6 Шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.