

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

**Аппарат высокочастотный электрохирургический с комплектом инструментов и принадлежностей**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование                                                                                                     | Кол-во (шт) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1   | Электрохирургический генератор с номинальной мощностью 300 – 350 Вт.                                             | 1           |
| 1.2   | Стойка-тележка для оборудования                                                                                  | 1           |
| 1.3   | Педаль для управления режимами и активацией                                                                      | 1           |
| 1.4   | Нейтральный электрод (для взрослого пациента) гидрогелевый клеящийся одноразовый с системой контроля прилегания. | 300         |
| 1.5   | Кабель многоразовый для подключения нейтрального электрода, длиной 4 – 4,5 метра.                                | 6           |
| 1.6   | Рукоятка рабочая многоразовая автоклавируемая трехкнопочная для монополярной резки и коагуляции.                 | 10          |
| 1.7   | Электрод-игла монополярный короткий                                                                              | 150         |
| 1.8   | Электрод-лезвие монополярный короткий из нержавеющей стали.                                                      | 150         |
| 1.9   | Электрод-лезвие удлинённый монополярный из нержавеющей стали.                                                    | 150         |
| 1.10  | Кабель для присоединения биполярных пинцетов, автоклавируемый длиной 4-5 м.                                      | 5           |
| 1.11  | Пинцет многоразовый автоклавируемый биполярный прямой длиной 110-140 мм, бранши шириной 1,0-2,0 мм.              | 6           |
| 1.12  | Пинцет многоразовый автоклавируемый биполярный прямой длиной 170-200 мм, бранши шириной 1,0-2,0 мм.              | 6           |

**2. Технические характеристики:**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрохирургический генератор с номинальной мощностью 300 – 350 Вт. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.                                                                 | Не менее 5 индивидуальных настроек, запоминающих все параметры работы ВЧ генератора за пользователями.                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.                                                                 | Предустановленные программы для резки, коагуляции, смешанных режимов и биполярной коагуляции.                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.                                                                 | Возможность с помощью ножного переключателя или рукоятки изменить программу или режим.                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4.                                                                 | При подключении инструмента к аппарату для него автоматически должны устанавливаться оптимальные параметры. Так же должна быть возможность изменения пользователем этих исходных параметров, которые будут в последующем автоматически устанавливаться при следующих подключениях такого инструмента. |
| 2.5.                                                                 | Возможность настройки различной громкости для функциональных и аварийных сигналов и сигналов активации.                                                                                                                                                                                               |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.