

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Контейнер одинарный пустой для глубокой заморозки, долгосрочного хранения эритроцитов при температуре минус 86°C минус 65°C с входящей трубкой и штуцерами (портами) (далее – контейнер)	штук	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1. Одноразовый, стерильный, апиrogenный, нетоксичный.

*2.2. Материал контейнера – прочный, эластичный, устойчивый к ударам, обеспечивает безопасное долгосрочное хранение эритроцитов в условиях сверхнизких температур.

2.3. Длина входящей трубки - не менее 30 см.

2.4. Входящая трубка снабжена полимерной иглой с колпачком.

2.5. Диаметр входящих трубок - 4,2 мм $\pm$ 0,3мм, с внутренним диаметром 3,0 $\pm$ 0,1 мм для стерильного соединения с контейнером эритроцитов.

2.6. Штуцеры (порты) контейнера снабжены мембраной и элементом «первого вскрытия».

2.7. Пригодность входящей трубки для проведения герметизации контейнера методами термического запаивания (заваривания).

*2.8. Объем контейнера - не менее 1000 мл.

2.9. Наличие петель для подвешивания.

2.10. Наличие этикетки (окна для нее и др.) для быстрой и безопасной идентификации каждого контейнера.

2.11. Наличие дополнительной упаковки для наилучшей сохранности компонентов крови в условиях сверхнизких температур и предотвращения риска перекрестной контаминации при долгосрочном хранении эритроцитов.

2.12. Упаковка обеспечивает стерильность контейнера и защиту его от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*)

является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.