

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

9. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 1:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Контур дыхательный транспортный	шт	1
2	трубка 150 см	шт	1
3	прямой адаптер	шт	1
4	У- адаптер с портами	шт	1
5	Защитный тест-колпачек	Шт.	1
6	Угловой коннектор	Шт.	1
7	держатель	Шт.	2
8	IPPB- клапан	Шт.	1
9	Линия мониторинга давления	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Контур дыхательный транспортный

2.2. Предназначен для проведения ИВЛ при транспортировке пациента.

2.3. Контур должен быть представлен гофрированной растягивающейся трубкой, изготовленной из полипропилена, длиной 1.2м-2.2м. Контур должен быть совместим с аппаратом ИВЛ Drager Oxylog 3000. Коннектор со стороны аппарата 22f.

2.4. Изделие медицинского назначения однократного применения, стерильное, в индивидуальной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.

3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

3.3. Требования о наличии технической документации и иной инструкции.

3.4. Инструкция по применению на русском языке.