



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № НЛБ 2026-06-10

«10» 06 2026 г.

Комиссия в составе:

представитель эксплуатирующей организации

Гу. Phillips
(наименование учреждения здравоохранения)

(должность)

представитель обслуживающей организации

инженер (фамилия, имя, отчество)

Электроник УП «Текомакс-МН»

(должность)

Юсифах Л.Б.

ФИО

действуя в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 (ред. от 17.08.2022) в рамках договора № 147-03/26 от «18» 02 2026 г.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования изделия медицинской техники:

аппарат для серио-
моной реанимации Corpiot 1 (полное наименование, тип, марка ИМТ)
заводской номер изделия 19300219

установлены следующие неисправности оборудования:

не заряжается аккумуляторная
батарея

В изделии следует заменить, отремонтировать (нужное подчеркнуть) следующее:

аккумуляторная батарея
Li-ion Valtberg 8.4V 44Ah 32.6Wh
1 шт.

Примечание:

Члены комиссии:

Федорук Л.А. (подпись)

(должность)

инженер-электроник

УП «ТЕКОМАКС-МН»

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

М.А. (подпись)

(подпись)

Мартинс Леонид

Юсифах Л.Б. (подпись)

ФИО