




Техническое задание

на закупку расходных материалов для операционного урологического отделения и отделения УЗИ диагностики «Чехол защитный к ультразвуковому датчику одноразовый стерильный» для выполнения интвенционных манипуляций под УЗИ наведением

ЛОТ 1. Чехол защитный к ультразвуковому датчику одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Чехол защитный к ультразвуковому датчику одноразовый стерильный	250

2. Технические характеристики

2.1. Материал- полиэтилен:

2.1.1. – Ширина от 10 см до 12 см , длина рукава от 90 до 100 см

2.1.2. – Каждый чехол в стерильной одноразовой упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

Поставляемый товар должен быть новым. Срок годности должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработчики:

Врач-уролог (заведующий) операционным
урологическим отделением

В.Ю.Лелюк

Медсестра (старшая) операционным
урологическим отделением

С.Н.Пшеничник

Согласовано:

Заместитель главного врача по урологии

И.А.Купаво

12.02.26